postoperative Wundheilung bei Kolikpatienten stellt hohe Anforderungen an das Klinikmanagement. Mit **ANIVET Wundfix System**, unserem innovativen **Wundverschluss-System als Stent-Bandage**, bieten wir Ihnen eine praxiserprobte Lösung zur effektiven Unterstützung des Heilungsverlaufs nach Laparotomie.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Zuverlässiger Wundschutz** während des gesamten Klinikaufenthalts – auch wenn die Pferde sich in der Box hinlegen, bleibt die Wunde vor Kontamination geschützt
- **Tägliche Wundkontrolle** und einfacher Wechsel der Wundabdeckung möglich
- **Effektive Ödemprophylaxe** durch gleichmäßige Druckverteilung
- **Förderung einer komplikationsfreien Heilung**, schnellere Rekonvaleszenz und potenziell verkürzte Aufenthaltsdauer

Verlassen Sie sich auf ANIVET – für eine sichere Wundheilung ohne Komplikationen nach Kolikchirurgie und einen schnelleren Weg zurück zur Gesundheit.

Gerne senden wir ein unverbindliches Muster zu.
Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Anwendung des ANIVET-Wundfix-Systems bei Kolikpatienten

Stent-Bandage für den sicheren postoperativen Wundverschluss nach Laparotomie

Zeitpunkt der Anwendung:

Nach oder während des Hautverschlusses der Laparotomiewunde.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. **Platzierung der Basiseinheiten:**
    - Bringen Sie je eine dreifache Basiseinheit auf jeder Seite der Wunde an – etwa **4 cm vom Wundrand entfernt**.
    - Das **Langloch** der Basiseinheit (für den Spanngurt) sollte **zur Wunde hin** ausgerichtet sein.
2. **Fixierung der Basiseinheit:**
    - Verwenden Sie einen **monofilen Faden 1 USP** (z. B. *Monosyn® 1 USP*, scharfe Nadel).
    - Nähen Sie die Basiseinheit mit einer **fortlaufenden Naht** durch die vorgesehenen Lochungen am Rand fest.

3. **Systemgröße wählen:**
    - Je nach Länge der Wunde benötigen Sie **ein bis zwei ANIVET-Wundfix-Systeme**.
4. **Anbringen der Wundabdeckung und des Spanngurts:**
    - Legen Sie die sterile Wundauflage über die Naht.
    - Führen Sie den **Spanngurt durch die Langlöcher beider Basiseinheiten** und befestigen Sie die Abdeckung mit leichtem Zug.
5. **Postoperative Schutzmaßnahme:**
    - **Während der Aufstehphase** nach der OP sollte ein **Bauchverband** angelegt werden, um das System zusätzlich zu stabilisieren.
6. **Weitere Versorgung:**
    - Entfernen Sie den Bauchverband nach dem sicheren Aufstehen.
    - Ab diesem Zeitpunkt kann die **Wundabdeckung täglich oder alle 2 Tage** gewechselt werden.
7. **Entfernung des Systems:**
    - Das ANIVET-Stent-Bandage kann **bis zu 10 Tage postoperativ** verbleiben.
    - Zur Entfernung: Wundumgebung reinigen, Fäden durchtrennen, Basiseinheiten vorsichtig abnehmen.

Hinweis:
Das ANIVET-System ist für die einmalige Anwendung konzipiert. Bitte aseptische Bedingungen bei Anbringung und Verbandwechsel einhalten.




ANIVET
ANIVET
ANIVET

ANIVET
ANIVET
ANIVET